



HISTORIAL DE COMPROBACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICION
ST FO 002-1 V.1

PROCESO DE COMPROBACIÓN																		
PDV	Nombre del equipo	Código	Fecha		Tipo de datos	Serie 1			Serie 2			Serie 3			Observaciones	Realizado por	Cargo	Firma
			Comprobación	Programación		Patrón	Equipo	Desviación	Patrón	Equipo	Desviación	Patrón	Equipo	Desviación				
KENNEDY	MULTIMETRO	CL22398501	12.12.2022	01.12.2022		12.60 V	12.60 V	0.0	13.50 V	13.50 V	0.0	14.20 V	14.20 V	0.0		DANNY CALIXTO	COORDINADOR SENIOR	
KENNEDY	PIE DE REY	CL22398501	12.12.2022	01.12.2022		26mm	26mm	0.0	120mm	120mm	0.0	160mm	160mm	0.0		DANNY CALIXTO	COORDINADOR SENIOR	
KENNEDY	TACOMETRO	CL22398501	12.12.2022	01.12.2022		1250 RPM	1250 RPM	0.0	3000 RPM	3000 RPM	0.0	4500 RPM	4500 RPM	0.0	SE EVIDENCIA QUE EN LAS MOTOS DE INYECCION BLU CORE FUNCIONA EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA LECTURA	DANNY CALIXTO	COORDINADOR SENIOR	
KENNEDY	TORQUIMETRO 1	CL22398501	12.12.2022	01.12.2022		10 N.m	10 N.m	0.0	16 N.m	16 N.m	0.0	30 N.m	30 N.m	0.0		DANNY CALIXTO	COORDINADOR SENIOR	
KENNEDY	TORQUIMETRO 2	CL22398501	12.12.2022	01.12.2022		25 FT/LB	25 FT/LB	0.0	40 FT/LB	40 FT/LB	0.0	50 FT/LB	50 FT/LB	0.0		DANNY CALIXTO	COORDINADOR SENIOR	
KENNEDY	MULTIMETRO	CL22398501	20.04.2023	01.04.2023		12.73 V	12.73 V	0.0	12.69 V	12.69 V	0.0	12.67 V	12.67 V	0.0		DANNY CALIXTO	COORDINADOR SENIOR	
KENNEDY	PIE DE REY	CL22398501	20.04.2023	01.04.2023		22 mm	22 mm	0.0	26 mm	26 mm	0.0	12 mm	12 mm	0.0		DANNY CALIXTO	COORDINADOR SENIOR	
KENNEDY	TACOMETRO	CL22398501	20.04.2023	01.04.2023		780 RPM	780 RPM	0.0	770 RPM	770 RPM	0.0	740 RPM	740 RPM	0.0	SE EVIDENCIA QUE EN LAS MOTOS DE INYECCION BLU CORE FUNCIONA EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA LECTURA.	DANNY CALIXTO	COORDINADOR SENIOR	
KENNEDY	TORQUIMETRO 1	CL22398501	20.04.2023	01.04.2023		12 N.m	12 N.m	0.0	20 N.m	20 N.m	0.0	30 N.m	30 N.m	0.0		DANNY CALIXTO	COORDINADOR SENIOR	
KENNEDY	TORQUIMETRO 2	CL22398501	20.04.2023	01.04.2023		80 FT/LB	80 FT/LB	0.0	50 FT/LB	50 FT/LB	0.0	25 FT/LB	25 FT/LB	0.0		DANNY CALIXTO	COORDINADOR SENIOR	